ガス滅菌_日常点検表

年　　月分

点検項目	担当	頻度	方法	基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
チェンバーパッキン部の傷	看護師	使用毎	目視	傷が無いこと																															
加水分解タンク内の水の交換	看護師	3か月毎(1月/4月/7月/10月)	排すバルブを開け排水し、排水後バルブを閉じる	-																															
ガスフィルター清掃	看護師	ガス交換毎	ガスフィルターを水で洗い、乾燥させてから取り付ける	-																															
エアフィルター交換	メーカー	2年毎 (メーカー点検時)	メーカー点検時交換	-																															
点検者																																			